

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

## 「尿中カテコールアミン3分画」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、下記項目につきましては、測定機器の変更に伴い、測定試薬および検体量等を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

### 対象項目／変更内容


コード	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考
00951	カテコールアミン3分画<尿>	検査方法 検体量 報告下限値	HPLC [東ソー] 酸性蓄尿 1.0mL A 0.5μg/L NA 0.4μg/L DA 2μg/L	HPLC 酸性蓄尿 5.0mL A 0.6μg/L NA 1.1μg/L DA 11μg/L	測定機器の変更に伴う 検査要項の見直し  A : アドレナリン NA: ノルアドレナリン DA: ドーパミン
07288	遊離カテコールアミン3分画	検査方法 検体量 報告下限値	HPLC [東ソー] 酸性蓄尿 1.0mL A 0.5μg/L NA 0.4μg/L DA 2μg/L	HPLC 酸性蓄尿 5.0mL A 0.6μg/L NA 1.1μg/L DA 11μg/L	

### 変更期日


- 平成26年11月4日(火) 受付日分より

## 新旧二法の相関


### 【アドレナリン】



### 【ノルアドレナリン】



### 【ドーパミン】



(社内検討データ)